

SE 3065/2 Serisi Rampa Test Cihazı



Rampa Test Cihazı

DIN 4838 T 100, DIN 51097, DIN 51098 ve DIN 51130'a uygun ayakkabı ve döşeme malzemelerinin kayma direncini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Güvenlik, koruyucu ve mesleki ayakkabıların prototip testi için kaymaz bağların (DIN 4843-100) belirlenmesi zorunludur. Prototipleri giyen bir test kişisi, farklı zemin kaplamaları ile donatılabilen, ayarlanabilir eğime sahip bir rampada yürür. Taşıyıcı plaka üzerine çelik levha dahildir. Dinlenme zemin kaplamaları tedarik kapsamında değildir. Yaralanmaları önlemek için, test edilen kişi emniyet kemeri takar.

Teknik özellikler

Kapladığı alan: yaklaşık 1500 × 2500 mm

Besleme gerilimi: 230V

Besleme frekansı: 50 Hz

Referans N° **SE 3065/2**

Phone: +49 6331 2490 0, E-Mail: peter.schultheis@pfi-germany.com