

THERMOMETRY

DIN EN ISO 6941

EN ISO 6941 | ECE 118 Annex 8



KAPSAM

Test ekipmanı, tekstil malzemelerinin küçük bir alevle kısa temasına tepkisinin özelliklerini test etmeyi sağlar.

PRENSİP

Bir dizi numunenin test örnekleri sırayla belirli süre boyunca alevle maruz bırakılır. Dikey yönde alevin yayılması test edilir. Her bir durumda, test başlangıcından işaretli ipliklerinin kopmasına kadar geçen süre ölçülür.

ÖZELLİKLER

İşaret ipliklerinin kopmasının otomatik olarak algılanması, kontak anahtarlarıyla sağlanır (DIN EN ISO 6941). 3 kapılı bir muhafaza içerir ve ölçülen değerlerin kaydedildiği bir elektronik kronometreyle birlikte gelir.

Elektrikli yanma süreci ile ilgili üniteler aşağıdakileri içerir: Otomatik test başlangıcı.

AYGITLAR

Test cihazı, test odası, yanıcı ve numune tutucudan oluşur. İnce ayar valfi, propanın kapanma valfi, elektronik kronometre ve yanma hareketini kontrol ünitesini içerir.

Numune tutucu,
Şablondan
Damlama tepsisi
2 ayar ucu
Alev ölçme aparatı.

ÖLÇÜLER

Genişlik X Derinlik X Yükseklik: 880 X 950 X 2030 mm*

Ağırlık: yaklaşık. 125 kg*

Egzoz çıkış bağlantısı: DN 200

GÜÇ KAYNAĞI

Propan gazı, ticari, Giriş basıncı 50 mbar (basınç düşürücü gereklidir)

Elektrik: 230 VAC 50/60Hz, 500 VA

KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR

Egzoz tahliye sistemi

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Zaman kontrollü, hareketli elektrikli ateşleyici

Elektronik kontrollü egzoz fanı

Basınç düşürücü

Dizüstü bilgisayar

*Ürünlerimiz sürekli olarak daha fazla geliştirilmektedir. Bu nedenle gerçek boyutlar farklılık gösterebilir.