

## SB 3004 Serisi

# Kum Banyosu



### Kum Banyosu

EN ISO 20344'e (pr. EN 15090) uygun ayakkabıların ısı yalıtım özelliklerinin değerlendirilmesini sağlar

Bu test için, numune ayakkabıya ısı sensörleri takılır ve daha sonra paslanmaz çelik bilyelerle doldurulur. Kum banyosu ısıtılır ve numune yerine konur. Bu test sırasında zamanla sıcaklık artışı ölçülür. Testten sonra numune olası hasarlara karşı incelenir.

#### Aksesuarlar (isteğe bağlı ekstra olarak sunulur)

- 5 kg cam kumu
- 4 kg paslanmaz çelik bilye (Ø 5 mm)

#### Teknik özellikler

Kapladığı alan: yaklaşık 630 × 400 mm

Besleme gerilimi: 230 V

Besleme frekansı: 50 Hz

#### Referans N° **SB 3004**

Telefon: +49 6331 2490 0, E-Posta: [peter.schultheis@pfi-germany.com](mailto:peter.schultheis@pfi-germany.com)