

FH, 3057

Çelik Bombe Darbe Testi



Çelik Bombe Darbe Testi

DIN EN ISO 20344: 2004-10'a göre çelik burunlu kapakların darbe testi için; EN 12568: 2010-10.

Test döngüsünün otomatik kontrolü, önceden ayarlanmış iki düşme yüksekliği (1000 veya 500 mm).

Aksesuarlar (isteğe bağlı aksesuar olarak sunulur)

- Hamuru silindirlerinin ön şekillendirilmesi için hamuru presi (KP3057/4)
- Hamuru silindirin deformasyonunu ölçmek için kalınlık ölçer

Teknik özellikler

Kapladığı alan: yaklaşık 1000 × 800 mm

Ağırlık: yaklaşık 200 kg

Besleme gerilimi: 230 V

Besleme frekansı: 50 Hz

Taban plakası: EN 344 standardına uygun yüklere dayanmalıdır

Referans N° **FH, 3057**

Telefon: +49 6331 2490 0, E-Posta: peter.schultheis@pfi-germany.com