

THERMOMETRY

DIN 4102-1 Annex B

DIN 4102-1 Annex B



KAPSAM

DIN 4102-1 Ek B'ye göre tasarlanan test cihazı, inşaat malzemelerinin yangına tepkisini belirlemek için kullanılır.

PRENSİP

Malzeme numuneleri belirli bir alev ile temas ettirilmesi sonucunda oluşan duman yoğunluğu, bir elektronik ışık ölçüm sistemi ile ölçülür.

ÖZELLİKLER

Test ekipmanına propan gazı ve sıkıştırılmış hava tedariki elektronik olarak düzenlenir ve kontrol edilir. Test prosedürleri bir PC ve ilgili DIN 4102-1 yazılımı aracılığıyla kaydedilir ve kontrol edilir.

AYGITLAR

Test odası, ışık ölçüm bölümü ve temizleme tüpü ile çerçeve
Kontrol kabini
Monitör, klavye ve fare ile bir PC
Anemometre
2 kalibrasyon cihazı
DIN 4102-1 yazılımı, Labview tabanlı, işletim sistemi MS
Windows 10

ÖLÇÜLER

Genişlik X Derinlik X Yükseklik: 2000 X 600 X 1850 mm*
Ağırlık: yaklaşık. 150 kg*

GÜÇ KAYNAĞI

Şebeke elektriği 230 VAC 50/60Hz
Propan gazı
Basınçlı hava

GAZ VANASI

Egzoz hava sistemi DN 250

KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR

Egzoz tahliye sistemi veya davlumbaz

ÖZEL İHTİYAÇ

Kurulum yerindeki hava hızı 0,5 m/s olmalıdır.

Ürünlerimiz sürekli olarak daha fazla geliştirilmektedir. Bu nedenle gerçek boyutlar farklılık gösterebilir.