

THERMOMETRY

BS 5852

BS 5852 Madde 11, Tutuřturma kaynađı 1, 2 & 3 DIN 1021-2



KAPSAM

Döřemeli mobilyaların yanıcılıđının deđerlendirilmesi.

PRENSİP

Döřeme ve kaplama malzemesinin birleřimi, iki parçalı bir çerçeveye monte edilir ve gaz alevine maruz bırakılır. Ortaya çıkan yangının veya hafif yanmanın geniřliđi belirlenir.

AYGITLAR

Elektronik debimetre, mekanik debi kontrol cihazı ve yakıcı ile donatılmıř yanma odası, alüminyum profiller ve levhalardan imal edilen, anodize edilmiř bir çerçeve, 2 pencere kapılı.

Paslanmaz çelik test çerçevesi, paslanmaz çelik řablon, kelepçeler ve kullanım kılavuzu.

ÖLÇÜLER

Yanma odası

Geniřlik X Derinlik X Yükseklik: 1020 X 650 X 1040 mm*

Ađırlık yaklařık: 60 kg

GÜÇ KAYNAĐI

Butan gazı, 0,28 bar Giriř basıncı

KULLANICI TARAFINDAN SAĐLANACAKLAR

Test yapısına uygun boyutta söndürme tankı ve duman gazı için egzoz sistemi.

Test odası > 20 m³

Ürünlerimiz sürekli olarak daha fazla geliřtirilmektedir. Bu nedenle gerçek boyutlar farklılık gösterebilir.